



Semi-maschera LM02

Mascherina DPI a 5 strati di tipo FFP2 NR



La Semi - maschera facciale **Modello LM02** è prodotta dalla **LEMA SRL** nel proprio stabilimento di **Montegrosso d'Asti (AT)**.

E' composta da un corpo maschera a struttura unica, da elastici che permettono una perfetta indossabilità ed una clip regolabile (nasello) per permettere il posizionamento della mascherina sul viso di qualsiasi forma e dimensione.

E' realizzata in **5 strati di tessuto** saldati ad alta energia: microfibra (2 strati), cotone trattato a caldo e antistatico (1 strato centrale) e TNT (i 2 strati esterni). Strato interno in TNT ipoallergenico.

Dimensioni: 16 x 11 cm. Mascherina imbustata singolarmente con successivo passaggio in tunnel UVC prima dell'inscatolamento finale. Prodotto monouso, latex free, non sterile.

LEMA SRL ha iniziato le pratiche per l'ottenimento della marcatura CE presso l'organismo notificato **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS)** - Registrato nell'elenco degli organismi notificati Europei (NANDO) al n. 0370.

La semi maschera facciale **Modello LM02** ha passato tutti i test previsti dalla norma **EN 149:2001+A1:2009** sotto la responsabilità di APPLUS come da **Test Report n. S2111801401E del 02/12/2020**.

E' stata rilasciata la Certificazione UE da APPLUS n. **0370-5246—PPE/B del 18/02/2021**.



LABORATORY TEST REPORT N. S2111801401E del 02/12/2020

PROVA	FFP2 EN149:2009
Penetrazione del materiale filtrante	≥ 94%
Agenti utilizzati	NaCl e Olio di paraffina
Flusso	95 L/min
Perdita di tenuta verso l'interno (TIL)	≤ 8%
Resistenza respiratoria (Inalazione)	≤ 70 Pa (a 30 L/min) ≤ 240 Pa (a 95 L/min)
Resistenza respiratoria (Esalazione)	≤ 300 Pa (a 160 L/min)
Contenuto di CO ₂	≤ 1%



CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **0370-5246-PPE/B**

ORGANISMO NOTIFICADO Nº <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE / FABRICANTE <i>APPLICANT / MANUFACTURER</i>	LEMA SRL Via della Guardia 21/A - 14048 Montegrosso d'Asti (AT) - ITALY
PLANTA DE PRODUCCIÓN <i>PRODUCTION SITE</i>	LEMA SRL Via della Guardia 21/A - 14048 Montegrosso d'Asti (AT) - ITALY
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE</i>	Módulo // <i>Module</i> : B EXAMEN UE DE TIPO / EU TYPE EXAMINATION
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LM02
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
NORMAS ARMONIZADAS / HARMONISED STANDARDS	EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. <i>EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking</i>
FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE	18/02/2021
VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL	18/02/2026

El presente certificado se mantendrá vigente durante 5 años siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida).

This certificate will remain valid for 5 years as long as the indicated product is not modified and fulfills the essential requirements of health and safety established in (EU) Regulation 2016/425. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D(carried out by a Notified Body according, to the established frequency).



LGAI Technological Center, S.A.
 Xavier Ruiz Peña
 Managing Director, Product Conformity B.U.

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / *You can check the validity of this certificate on our website:*
www.appluslaboratories.com/certified_products



ANEXO TÉCNICO TECHNICAL ANNEX

0370-5246-PPE/B

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

MARCA <i>BRAND</i>	LEMA SRL
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: LM02
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	MEDIA MÁSCARA FILTRANTE SIN VÁLVULA, TIPO PLEGABLE VERTICAL, DE 5 CAPAS, DE COLOR BLANCO, CON LAZOS DE OREJA Y CLIP NASAL INTERNO. TAMAÑO: 1105mm*160mm / VALVELESS FILTERING HALF MASK, VERTICAL FOLDABLE TYPE, 5 LAYERS, WHITE COLOUR, WITH EARLOOPS AND INTERIOR NOSE CLIP. SIZE: 110mm*160mm
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20111801401E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.



LEMA SRL - DIVISIONE CARE

Via della Guardia 21/a
14048 MONTEGROSSO D'ASTI (AT)
ITALY

Tel.: +390141951533
e-mail: info@saccherialema.it
CF/PIVA: 01624320055